

VERWENDUNG VON APPC IN DICOM

HL7 / DICOM JAHRESTAGUNG 2022

LEITFADEN

DICOM AUSTRIA



Leitfaden zur Ermittlung und Speicherung des APPC in DICOM Daten

Version: Final – 1.0

Datum: 22. Jänner 2020

Dokument OID: 1.2.40.0.34.7.21

Geltungsbereich: Österreich

ANFORDERUNGEN AN DIE ERMITTLUNG

- APPC muss die durchgeführten Prozeduren widerspiegeln
- APPCs müssen die gesamte Studie repräsentieren
- Unabhängig vom Vorliegen eines Befundes oder KOS Objekts

WIE KOMME ICH AN DEN APPC?

- Aus den DICOM Headers der Studie/Serie
 - Aus Standard DICOM Header Elementen
 - IHE RAD SWF
 - Aus PPS Daten
 - Aus SPS Daten
- Aus den Planungs- oder Leistungsdaten im RIS

} DETAILS
SIEHE
LEITFADEN

STATUS IN ELGA

STAND SOMMER 2021

- Knapp 200.000 APPCs eingemeldet
 - davon 5.000x 0-0-0-0, also Unbestimmt-Unbestimmt-Unbestimmt-Unbestimmt
 - Prozedur und Lateralität am schlechtesten befüllt
 - Große Unterschiede bei Bereichen
- Ca. 80.000 Befunde der bildgebenden Diagnostik ohne APPC Code (NULL)